

お客様各位

ME輸血ポンプ BP-102 メンテナンス終了予定のご案内

2008年11月
テルモ株式会社
株式会社ムサシエンジニアリング

謹啓 平素よりテルモ製品に格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、ME輸血ポンプBP-102（製造：株式会社ムサシエンジニアリング）は、2010年6月末をもちましてメンテナンス終了を予定しておりますので、予めご案内申し上げます。

早めに他社製品への買換えの準備をお奨めいたします。（弊社には後継機はございません）

お客様各位には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご賢察の上、ご了承賜りますようお願い申し上げます。
敬白

記

■ メンテナンス終了予定 2010年6月末

■ メンテナンス終了対象品種

2002年6月の製造終了から2010年6月末日をもって8年を経過することに伴い、メンテナンスは終了させていただきます。

品名	コード番号	予定終了時期
ME輸血ポンプBP-102	YY-BP102	2010年6月末日

※諸般の事情により、上記予定時期の前にメンテナンスできなくなる場合もございますので、予めご了承の程お願いいたします。

ME輸血ポンプBP-102



また、専用のサフィード延長チューブ（輸血ポンプ用）[コード番号：XX-BP165L] につきましても、合わせて販売を終了させていただきます。

販売名：サフィード延長チューブ（輸血ポンプ用） 医療機器承認番号：16300BZZ01071

テルモ株式会社 〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷2-44-1 <http://www.terumo.co.jp/>